


Essais de risque photobiologique - Attestation de conformité

PISECO atteste que le produit HELIGHT PRO identifié H001 et mesuré le 23/09/2016 est bien classifié « sans risque » ou « groupe de risque zéro » au sens de la norme NF EN 62471 - Décembre 2008. Le rapport « PIS-TECH-FORM-23 v1 - PISECO R-1181-1 V1 - HELIGHT - HELIGHT PRO - Risque Photobiologique IEC TR 62778 » rend compte des mesures ainsi que de l'évaluation du groupe de risque photobiologique du luminaire d'éclairage médical HELIGHT PRO H001.

INFORMATIONS CLIENT	
Client	HELIGHT SAS 131 Rue De Crequi F-69006 - LYON
Affaire suivie par	Mr Jean-Marc MONCORGER
Référence Client	BPA sur devis D-1181 du 06/07/2016 le 12/09/2016
INFORMATION LABORATOIRE PISECO	
Laboratoire d'essais	PISECO SAS, Parc Lyon Sud, 4 Rue de l'Arsenal, F-69200 VENISSIEUX
Reference Devis / Prestation	D-1181 - Risque Photobiologique
Version et date du rapport	"PIS-TECH-FORM-23 v1 - PISECO R-1181-1 V1 - HELIGHT - HELIGHT PRO - Risque Photobiologique IEC TR 62778" du 26/09/2016
Dates des tests	Le 23/09/2016
Conformément aux spécifications de la ou des norme(s)	- NF EN 62471 : Décembre 2008 Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - IEC TR 62778 Edition 2 : Juillet 2014 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires
Conditions ambiantes du laboratoire	25.0°C +/- 1.0°C et humidité relative <65%
SYSTEME TESTE	
Désignation du produit	HELIGHT PRO
Fabricant	HELIGHT SAS
Type	Appareil de traitement par la lumière
Identification / Numéro de série	H001
Source	LED

Responsable	Mr Joël Thomé, Directeur
Signature	« Fait pour valoir ce que de droit » 
Vénissieux, le 14 décembre 2016	